

# Структура условного обозначения цифрового сигнализатора в

## документации:

Сигнализатор – анализатор ДОЗОР - С - х - х - Ц - х

1 Количество измерительных линий (от 1 до 6)

2 Количество измерительных каналов (от 1 до 62)

3 Код исполнения блока БПС:

"Ц" – цифровой многоканальный сигнализатор до 62 каналов (IP 65)

4 Напряжение:

"1" – питание ~220 В или =220 В;

"3" – основное питание ~220 В или =220 В и резервное питание =24 В;

"4" – основное питание ~220 В или =220 В и резервное питание =24 В с внешним аккумулятором и встроенным зарядным устройством;

"5" – питание =24 В.